

Dotazník pre zaznamenanie údajov o radiačnej dávke pacienta

Číslo pacienta:

B Údaje o radiačnej dávke (vyplňa rádiologický asistent)

B.1.	Vek	rokov
B.2.	Pohlavie	<input type="checkbox"/> mužské	<input type="checkbox"/> ženské
B.3.	Hmotnosť	kg
B.4.	Výška	cm

C Údaje vo vzťahu k dávke

PA projekcia:			
•	Hrúbka pacienta v centre lúča v cm		
•	Prídavná filtrácia v mm Al ekvivalentu		
•	kV pri snímkaní		
•	použitá veľkosť ohniska		
•	vzdialenosť ohnisko film v cm		
•	veľkosť filmu v cm X cm		
•	automatická kontrola expozície	<input type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
•	zvolená komôrka	<input type="checkbox"/> ľavá	<input type="checkbox"/> centrálna <input type="checkbox"/> pravá
•	prúd rtg lampy vmAmAs
•	expozičný čas v msek.		
•	Trieda citlivosti systému film/fólia		
•	Typ a vek fólie		

Miesto pre pripevnenie sáčku s dozimetrom:

Laterálna projekcia:			
•	Hrúbka pacienta v centre lúča v cm		
•	Prídavná filtrácia v mm Al ekvivalentu		
•	kV pri snímkaní		
•	použitá veľkosť ohniska		
•	vzdialenosť ohnisko film v cm		
•	veľkosť filmu v cm X cm		
•	automatická kontrola expozície	<input type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
•	zvolená komôrka	<input type="checkbox"/> ľavá	<input type="checkbox"/> centrálna <input type="checkbox"/> pravá
•	prúd rtg lampy vmAmAs
•	expozičný čas v msek.		
•	Trieda citlivosti systému film/fólia		
•	Typ a vek fólie		

Miesto pre pripevnenie sáčku s dozimetrom

Spracované podľa : EUR Report 16260

Spracoval: Dr. Repovský A. repovsky@radiologia.sk