

<b>Celkové hodnotenie</b>	<b>Lebka – ..... projekcia</b>														
<b>Meno rádiológa:</b>	Kód nemocnice:														
<b>Hodnotenie označenia snímky *</b>															
	Číslo pacienta														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Primeranosť denzity snímky (sčernanie) **															
Kontrast ***															
Ostrosť ****															
Primeranosť vyclonenia lúča *****															
Prijateľnosť snímky *****															
Hodnotenie:	<p>* každá snímka musí byť označená identifikáciou pacienta, dátumom vyšetrenia, polohou pacienta, menom zariadenia a značkou ra asistenta, ktorý zhotovil snímku. Tieto údaje nesmú prekryvať diagnosticky relevantnú oblasť.</p> <p>** denzita snímky: +: optimum; : príliš vysoká; - : príliš nízka</p> <p>*** kontrast: +: optimum; : príliš vysoký; - : príliš nízky</p> <p>**** ostrosť: +: optimálna; - : suboptimálna; 0 : neakceptovateľná</p> <p>***** vyclonenie lúča: +: optimálne; : príliš veľké vyclonené pole; - : príliš malé vyclonené pole</p> <p>***** prijateľnosť snímky: 1 = plne prijateľné; 2 = pravdepodobne prijateľné; 3 = prijateľné iba kvôli obmedzeniu klinickými podmienkami; 4 = neakceptovateľné (uviest' príčiny)</p>														
Snímka č.	Neprijateľná pretože:														
Komentáre ohľadom jednotlivých snímok:															
Celkové komentáre k skupine snímok z jedného zdroja:															

Spracované podľa EUR Report 16260, spracoval Dr. Repovský A. repovsky@radiologia.sk